

Français

PL Chip Reservoir set Notice

Contient des accessoires à utiliser avec le PL Chip

UTILISATION PREVUE :

Le kit de réservoir du PL Chip Reservoir set contient des accessoires à utiliser avec le PL Chip.

RESUME :

Le kit de PL Chip Reservoir set contient des accessoires jetables à utiliser avec le PL Chip afin de mesurer la capacité hémostatique primaire d'échantillons de sang total.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du kit de PL Chip Reservoir set, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation du PL Chip et au mode d'emploi du T-TAS.

MATERIEL FOURNI :

Le kit de PL Chip Reservoir set contient 100 jeux de réservoirs, bouchons et capuchons.

Article	Contenu	Numéro de catalogue
PL Chip Reservoir set	100 jeux	18003

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS :

- Réservé à un usage diagnostique in vitro.
- Pour usage professionnel uniquement.
- Les réservoirs, bouchons et capuchons utilisés sont potentiellement infectieux. Des méthodes de manipulation et d'élimination appropriées doivent être utilisées conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.
- Suivre scrupuleusement les instructions et procédures décrites dans cette notice.
- Ne pas utiliser de matériel tordu, déformé, cassé ou contenant des corps étrangers.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE MANIPULATION :

Conserver le contenu non utilisé du kit de PL Chip Reservoir set à température ambiante. Ne retirer les réservoirs, bouchons ou capuchons de leurs pochettes qu'au moment de l'utilisation.

ASSISTANCE :

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre distributeur local.


DEFINITION DES SYMBOLES :

Symbole	Définition
	Ne pas réutiliser
	Marquage CE
	Consulter les instructions d'utilisation
	Code de lot
	Numéro de référence
	Usage réservé au diagnostic in vitro
	Fabricant

Symbole	Définition
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Contenu suffisant pour <n> test(s)
	Cet appareil ne peut être vendu que par un professionnel de santé agréé ou sur ordre de ce dernier
	Importateur



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

