

Norsk

PL Chip Reservoir set Pakningsvedlegg

Inneholder tilbehør til bruk med PL Chip

TILTENKT BRUK:

PL Chip Reservoir set inneholder tilbehør for bruk med PL Chip.

SAMMENDRAG:

PL Chip Reservoir set inneholder engangstilbehør som brukes sammen med PL Chip for å måle primær hemostatisk evne til fullblodsprøver.

For ytterligere detaljer om bruken av PL Chip Reservoir set, vennligst se bruksanvisningen for PL Chip og T-TAS Brukerhåndbok.

MATERIALER LEVERT:

PL Chip Reservoir set inneholder 100 sett med reservoir, caps og over-caps.

Punkt	Innhold	Katalognummer
PL Chip Reservoir set	100 sett	18003

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- Kun for in vitro diagnostisk bruk.
- Kun for profesjonell bruk.
- Brukte reservoirs, caps og over-caps er potensielt smittsomme. Riktig håndtering og avhendingsmetoder bør følges i samsvar med lokale, statlige og føderale forskrifter.
- Følg nøye instruksjonene og prosedyrene beskrevet i dette pakningsvedlegget.
- Ikke bruk materialer som er bøyd, deformert, ødelagt eller inneholder fremmedlegemer.

OPPBEVARINGS- OG HÅNTERINGSKRAV:

Oppbevar ubrukt PL Chip Reservoir set innhold ved romtemperatur. Ikke fjern reservoir, caps eller over-caps fra posen før de er klare til bruk.

ASSISTANSE:

For hjelp, vennligst kontakt din lokale distributør.


DEFINISJON AV SYMBOLER:

Symbol	Definisjon
	Ikke gjenbruk
	CE-merke
	Se bruksanvisningen
	Batchkode

Symbol	Definisjon
	Katalognummer
	<i>In vitro</i> diagnostisk medisinsk utstyr
	Produsent
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
	Inneholder tilstrekkelig for $< n >$ tester
	Dette produktet er begrenset til salg av eller etter ordre fra en lisensiert helsepersonell
	Importør



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

