

Italiano

PL Chip Reservoir set for T-TAS[®]01 Foglietto illustrativo

Contiene accessori per l'utilizzo con il PL Chip for T-TAS 01

DESTINAZIONE D'USO:

Il PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene accessori per l'utilizzo con il PL Chip for T-TAS 01.

SOMMARIO:

Il PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene accessori monouso che vengono utilizzati con il PL Chip for T-TAS 01 per misurare la capacità emostatica primaria di campioni di sangue intero.

Per ulteriori dettagli sull'uso del PL Chip Reservoir set for T-TAS 01, consultare le istruzioni per l'uso del PL Chip for T-TAS e il manuale d'uso del T-TAS 01.

MATERIALI INCLUSI:

Il PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene 100 set di serbatoi, tappi e capsule.

Articolo	Contenuto	Numero di catalogo
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 set	18003

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Solo per uso diagnostico in vitro.
- Solo per uso professionale.
- I serbatoi, i tappi e le capsule usati sono potenzialmente infettivi. I metodi di trattamento e di smaltimento devono essere eseguiti in conformità con le normative locali, statali e federali.
- Seguire attentamente le istruzioni e le procedure descritte in questo foglietto illustrativo.
- Non utilizzare materiali piegati, deformati, rotti o contenenti corpi estranei.







REQUISITI DI CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO:






Conservare il contenuto del PL Chip Reservoir set non utilizzato a temperatura ambiente. Non rimuovere il serbatoio, i tappi o le capsule dalla loro confezione fino a quando non sono pronti per l'uso.

ASSISTENZA:

Per assistenza, contattare il distributore locale.


DEFINIZIONE DEI SIMBOLI:

Simbolo	Definizione
	Non riutilizzare
	Conformità Europea
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Codice lotto
	Numero di catalogo
	Per uso diagnostico <i>in vitro</i>

Simbolo	Definizione
	Fabbricante
	Rappresentante autorizzato dell'Unione Europea
	Contenuto sufficiente per $\langle n \rangle$ test
	Questo dispositivo è limitato alla vendita da parte di o su ordine di un operatore sanitario autorizzato
	Importatore



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

